Inhalog 1 und 2

Technische
Dokumentation

Copyright by Dräger Medizintechnik GmbH, Lübeck, Deutschland.

Vervielfältigungen für kommerzielle Zwecke untersagt.

Die Gebrauchsanweisung ist zu beachten.

Diese Technische Dokumentation ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung.

Gewährleistungs- und Haftungsbedingungen der Verkaufs- und Lieferbedingungen der Dräger Medizintechnik GmbH werden durch diese Technische Dokumentation nicht erweitert.

Sicherheitsbestimmungen:
Bitte beachten Sie die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen, wie z.B. in Deutschland die Medizingeräteverordnung, die Druckbehälterverordnung, die Technischen Regeln Druckgase oder die Unfallverhütungsvorschriften.

Soweit Hinweise auf Gesetze, Verordnungen und Normen gegeben werden, ist die Rechtsordnung in der Bundesrepublik Deutschland zugrunde gelegt.

Bitte beachten Sie Ihre länderspezifischen Gesetze und Verordnungen.

Dräger

Verwendungszweck

Inhalog 1 und 2 sind Beatmungsgeräte mit Medikamentenvernebler für die Inhalationstherapie (assistierende Beatmungsinhalationstherapie).
Einige Indikationen zur Anwendung der Inhalationstherapie:

- Propylaxe-Therapie für Sekretretentionen und bessere Verteilung des Aerosols, z.B. bei Asthma und anderen obstruktiven Lungenerkrankungen,
- instabiler Thorax.

Die Inhalationstherapie wird normalerweise mehrmals täglich für 15 bis 20 Minuten durchgeführt. Dabei werden jeweils ca. 3 mL Medikamente vernebelt (Bronchodilatatoren, sputumlösende Mittel, Antibiotika, physiologische Kochsalzlösung usw.). Die vernebelten Medikamentenaerosole haben eine Größe von 0,5 bis 5 µm.
Die Durchführung jeder Inhalationstherapie muß nach ärztlicher Anweisung erfolgen.

90 04 987

NUR ZUR INFORMATION
Bei Änderung erfolgt kein Austausch

Technische Daten

Dräger

Inhalog 1 und 2

Steuerprinzip	druckgesteuert
Beginn der Inspiration	vom Patienten getriggert oder durch manuelle Inspirationsauslösung
Inspirationsdruck	stufenlos 10 bis 45 mbar einstellbar
Inspirationsflow	stufenlos 15 bis 40 L/min einstellbar
Flowverhalten	dezelerierend
Verneblerflow	ca. 6 L/min
Verneblerleistung	ca. 3 mL/10 min Beatmung
Vernebler-Ausatemstenosen (Einstellung am Ring, Ziffer am Ring auf Markierungsstrich)	Ringstellung 0 12 ∅ Ausatemöffnung Ringstellung 1 7,5 ∅ Ringstellung 2 5 ∅ Ringstellung 3 4 ∅
Vernebler-Füllmengen	3, 6, 10 und 20 mL

Inhalog 1 – pneumatisch betrieben

Triggerdruck	−1,5 mbar bis −4 mbar stufenlos einstellbar
Antrieb	2 bis 6 bar ölfreie Druckluft oder O_2 aus einer Zentralen Versorgungsanlage

Die O_2-Konzentration der Beatmungsluft ist abhängig von der Floweinstellung

mit Antrieb O_2: Floweinstellung	ca. % O_2
A ≈ 17 L/min	100
B ≈ 24 L/min	85
C ≈ 35 L/min	65
D ≈ 40 L/min	57
E ≈ 42 L/min	55
mit Antrieb Druckluft:	21% O_2

Ansaugluft des Injektors	über ein von außen zu wechselndes Filter
Gewicht	ca. 3,5 kg
Abmessungen	B x H x T = 150 x 246 x 180 mm

Inhalog 2 – elektrisch betrieben

Triggerdruck	−1,5 mbar, fest eingestellt
Antrieb	220 V/50 Hz andere Spannungen auf Anfrage
Leistung	100 W
Ansaugluft des Kompressors	über je ein Filter,
Ansaugluft des Injektors	von außen angesaugt
Gewicht	ca. 9 kg
Abmessungen	B x H x T = 150 x 330 x 450 mm

Medikamentenvernebler

Materialien	Membrane und Schlauch auf Zerstäuberdüse aus Silikon. Alle anderen Teile: aus Polysulfon (hierzu bitte Hinweise unter „Dampfsterilisation" beachten).

90 04 987

NUR ZUR INFORMATION
Bei Änderung erfolgt kein Austausch

Dräger

Pflege

Achtung! Netzstecker ziehen! (Inhalog 2).

Reinigung

Die Schublade herausnehmen (Inhalog 2). Die Schläuche von Gerät und Vernebler abziehen.
Mundstück entfernen. Vernebler zerlegen. Vom Verneblergehäuse ist der Zerstäuber abzuziehen. Mit der Düsennadel sind die kleinen Düsenöffnungen zu reinigen. Die Düsennadel befindet sich beim Inhalog 1 auf der Geräterückseite, beim Inhalog 2 in der Schublade des Gerätes.
Alle Teile einer gründlichen Reinigung unter fließendem Wasser unterziehen, insbesondere innen. Anschließend Teile abschütteln und gut trocknen.
Verunreinigungen am Gerät werden mit einem feuchten Tuch, das mit einem herkömmlichen Spülmittel (Netzmittel) getränkt ist, entfernt.

90 04 987

NUR ZUR INFORMATION
Bei Änderung erfolgt kein Austausch

Dräger

Desinfektion des Verneblers mit flüssigen Desinfektionsmitteln

Alle demontierten Teile in eine Desinfektionslösung legen.

Achtung!

Es dürfen nur Desinfektionslösungen benutzt werden, die die verwendeten Materialien (S. "Techn. Daten - Medikamentenvernebler) nicht angreifen. Im Zweifelsfall ist beim Desinfektionsmittel-Hersteller die Freigabe einzuholen.
Anschließend sind die Teile gründlich zu spülen und zu trocknen.
Das Gehäuse des Inhalog 1 und 2 kann mit Desinfektionslösung abgewischt werden.

NUR ZUR INFORMATION
Bei Änderung erfolgt kein Austausch

90 04 987

Dräger

Desinfektion im Dräger-Aseptor

Das Gerät (Inhalog 1 oder 2) ist- wie unter Kapitel Reinigung beschrieben-für die Desinfektion vorzubereiten. Gerät und Kleinteile müssen trocken sein, da sonst nach der Desinfektion Geruchsbelästigungen entstehen können. Elektrisch betriebene Geräte (Inhalog 2) müssen vor der Desinfektion im Aseptor 1,5 Stunden außer Betrieb und damit abgekühlt sein, da sonst keine einwandfreie Kondensation erreicht wird und die Desinfektion in Frage gestellt ist.
Die gereinigten Kleinteile werden auf das Ablagebord des Aseptors gelegt. Die gereinigten und getrockneten Verbindungsschläuche werden über die Saugtüllen im Aseptor geschoben.
Inhalog 1 bzw. 2 sowie Fahrgestell in den Aseptor stellen.
Nach erfolgter Desinfektion und vor dem erneuten Einsatz am Patienten ist das Gerät auf seine Funktion hin zu überprüfen.

NUR ZUR INFORMATION
Bei Änderung erfolgt kein Austausch

90 04 987

Dräger

Dampfsterilisation

Die Geräte Inhalog 1 und 2 dürfen nicht in Heißdampf sterilisiert werden.
Die Schläuche, das Mundstück, der zerlegte Medikamentenvernebler, die Membrane und sonstige Zubehörteile sind-wie unter Kapitel "Reinigung" beschrieben-für die Dampfsterilisation vorzubereiten. Sie sind in Heißdampf (bis 134°C) im Autoklaven sterilisierbar.
Nach der Dampfsterilisation dürfen die Verneblerteile erst montiert werden, wenn sie abgekühlt sind.

NUR ZUR INFORMATION
Bei Änderung erfolgt kein Austausch

90 04 987

Dräger

Wartung und Inspektion

Die Silikon-Gummimembrane des Verneblers ist auf Rißbildung zu untersuchen und grundsätzlich nach einem Jahr auszutauschen.

Das rückseitige Filter (Inhalog 1) ist nach 3 Monaten Dauerbetrieb zu wechseln. Über die Pflege hinausgehende Wartungsarbeiten sind nicht erforderlich.

Das Gerät ist einmal jährlich einer Inspektion durch geschultes Fachpersonal zu unterziehen. Dabei sind auch die Filter für Kompressor und Injektor im Inhalog 2 zu wechseln.

90 04 987

NUR ZUR INFORMATION
Bei Änderung erfolgt kein Austausch

Dräger

Pannenhilfe

Ausfall	Ursache	Beseitigung
Inhalog 1 und 2 Gerät springt beim Triggern nicht auf Inspiration	Schlauchleitung oder Vernebler undicht bzw. defekt	Schläuche fest aufstecken, wenn defekt – erneuern; Vernebler prüfen, richtig zusammenbauen, evtl. Teile ersetzen
	Trigger defekt	Dräger-Inspektionsdienst rufen
Vernebler erzeugt kein Aerosol	Medikamentenfüllstand zu niedrig	auffüllen
	Vernebler verschmutzt	säubern
	Silikonschlauch vom Zerstäuber abgefallen	Schlauch aufstecken
Inhalog 2 Gerät läuft nicht an	Stromausfall	Hauselektrik rufen
Gerät läuft nicht an, obwohl Kontrollampe brennt	Kompressor defekt	Dräger-Inspektionsdienst rufen
Gerät läuft, Kontrollampe zeigt nicht an	Glimmlampe defekt	auswechseln
Zu geringer Flow	Ansaugfilter für Kompressor oder Injektor verstopft	Filter wechseln lassen durch Dräger-Inspektionsdienst

NUR ZUR INFORMATION
Bei Änderung erfolgt kein Austausch

90 04 987

Dräger



Verschlauchungsschema ab Geräte-Nr. 201 / Tubing diagram as of unit no. 201



Verschlauchungsschema bis Geräte-Nr. 534 /
Tubing diagram up to unit no. 534



Verschlauchungsschema ab Geräte-Nr. 535
Tubing diagram as of unit no. 535


Anschlußplatte Kompressor / Connection plate compressor
M
1
2
3
4
5
6
bl/
blue
sw / black
sw /
black
bl / blue
250
400
Schalter / Switch
Sicherungshalter / Fuse holder
Sicherungseinsatz / Fuse
Anschlußklemme /
Terminal



Verschlauchungsschema bis Geräte-Nr. 200 /
Tubing diagram up to unit no. 200

Dräger

8403570 8403560

Bestellinformationen zur Ersatzteilliste

Bei Bestellungen geben Sie bitte ausschließlich die in der Ersatzteilliste enthaltenen Bestellnummern an.

Die Bestellnummer entspricht immer 1 Stück bzw. 1 Reparatur-Set.

Die Bestellmenge pro Bestellnummer muß mindestens der Packungseinheit entsprechen oder durch sie teilbar sein.

Beispiele:

1. Bestellung des Kunden 10 Stueck
Es wird geliefert 1 Beutel mit 10 Stueck V04711
Es wird berechnet 10x V04711 a 0,90 DM = Summe 9,00 DM

2.Bestellung des Kunden 3 Stück
Bei Auftragserfassung in der Datenverarbeitung wird automatisch die Liefermenge auf 10 Stück erhöht.
Liefermenge und Berechnung wie Punkt 1.

3.Bestellung des Kunden 16 Stück:
Bei Auftragserfassung wird die Liefermenge auf die nächst höhere Verpackungseinheit -20 Stück-erhöht.
Es wird geliefert 2 Beutel mit je 10x V04712
Es wird berechnet 20x V04712 a 0,90 DM = Summe 18,-DM

Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus. Die in Einzelfällen durch das Drägerwerk vorab gelieferte RAT-Ware wird nach 3 Kalenderwochen zu Neugeräte-Listenpreisen berechnet, wenn der Besteller in diesem Zeitraum die alten Teile nicht zurückgeschickt hat.

Hinweis für die Verarbeitung von Ersatzteilsets im Reparaturfall:

Diese Sets müssen aus technischer Sicht im Reparaturfall immer komplett ausgetauscht werden. Nur so ist eine einwandfreie Funktion des Gerätes nach der Reparatur gewährleistet.

DrägerService
Medizintechnik

Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste	Ausgabe	Ersatzteilliste
INHALOG 1, INHALOG 2	01.03.94	6272.0 d

8403570 8403560



DrägerService
Medizintechnik

Dräger

Ersatzteilliste
INHALOG 1, INHALOG 2

Ausgabe
01.03.94

Ersatzteilliste
6272.0 d

8403570 8403560

Nr	B e n e n n u n g		Bild-Nr.	E-Listen Nr.
1	INHALOG 1	8403570		
2	INHALOG 1,GRUNDGERAET	8403569		
3	FAHRGESTELL ZUM INHALOG	8403810		
4	INHALOG 2	8403561		
5	E-SET DUESENREINIGER	8403647		
6	INHALATIONSZUBEHOER (ISO)	8407468		
	INHALATIONSZUBEHOER (ISO)	8407468	1	
	INHALOG 1,GRUNDGERAET		2	
	DRUCKSCHALTER 1	8404010	3	
	SCHLAUCHPLAN		4	
	INHALOG 1,GRUNDGERAET		5	
	DRUCKSCHALTER 1	8403711	6	
	FAHRGESTELL ZUM INHALOG	8403810	7	
	SCHLAUCHPLAN		8	
	INHALOG 2		9	
	DRUCKSCHALTER 2	8403650	10	
	SCHLAUCHPLAN		11	
	SCHLAUCHPLAN		12	
	SCHLAUCHPLAN		13	
	S-PLAN INHALOG 2		14	

DrägerService
Medizintechnik

Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste
INHALOG 1, INHALOG 2

Ausgabe
01.03.94

Ersatzteilliste
6272.0 d
Blatt : 1
Bild : 1

8403570 8403560



DrägerService
Medizintechnik

Dräger

Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste
INHALOG 1, INHALOG 2

Ausgabe
01.03.94

Ersatzteilliste
6272.0 d

8403570 8403560

Position Nummer	Benennung	Bestell-nummer	Packungs-einheit
1-13,14a	INHALATIONSZUBEHOER (ISO)	8407468	
1-11	PATIENTENSET (ISO)	8407467	
1	DECKEL	8406585	
2-3	MEMBRAN,UGR.	8403552	2
4	RING	8406582	
5	VERNEBLERGEHAEUSE (UGR.)	8407466	
6	DICHTUNG	8407291	5
7,8,9,12	SATZ AUSTAUSCHTEILE	2M85567	
8	O-RING	E20566	5
10	BEHAELTER	8406584	
11	MUNDSTUECK (ISO)	8407303	
12,13, 14a	SCHLAUCHSET FUER INHALOG	8403863	
12,13, 14b	EINWEGSCHLAUCHSET FUER INHALOG	8403898	
12	SCHLAUCH 2X1 SI NF	1180614	25
13	SCHLAUCHKLAMMER	8403566	10
14a	SCHLAUCH	8403896	
14b	5ER-SET FALTENSCHLAUCH 1M.	2M17478	

DrägerService
Medizintechnik

Dräger

Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste
INHALOG 1, INHALOG 2

Ausgabe
01.03.94

Ersatzteilliste
6272.0 d
Blatt : 3
Bild : 2

8403570 8403560



8403570 8403560

Position Nummer	Benennung	Bestell-nummer	Packungs-einheit
1-7	DREHKNOPF C 1,SCHWARZ	M24406	
1	KAPPE 1,SCHWARZ	M24597	10
8	TUELLE	8403571	5
9	TUELLE AV	8403568	5
12	FAECHERSCHEIBE A6,4 DIN6798	1271075	50
13	MUTTER BM 6 DIN 439-A4	1256386	25
16	KAPSELFEDER-DRUCKMESSER	7275092	
20	FEDERRING B 4 DIN 127 NG	1331345	50
21	SCHRAUBE AM 4X8 DIN 84-A4 NG	1330659	25
22	DRUCKSCHALTER 1 (AB GERAET NR. 535) (SIEHE BILD 3)	8404010	
22	RAT-DRUCKSCHALTER (8404010) (AB GERAET NR. 535) (SIEHE BILD 3)	8405473	
25	FILTER	8402926	5
26	KAPPE	M18477	
27	HALTER F.VERNEBLER	8403674	
29	E-SET DUESENREINIGER	8403647	
32-33	TUELLE M 6X0,5	8402394	
33	SCHEIBE	8402392	10
34	SCHRAUBE	8403057	5
36	DRUCKREGLER	8402745	

8403570 8403560

Position Nummer	Benennung	Bestell-nummer	Packungs-einheit
39	SIEBEINSATZ AZ	D11521	5
42	SENKSCHRAUBE AM3X6 DIN963-A4 B	1287400	100
44	SCHRAUBE 00001	1330055	20
45-46	E-SET DRUCKREGLER	8406678	

DrägerService
Medizintechnik

Dräger

Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste
INHALOG 1, INHALOG 2

Ausgabe
01.03.94

Ersatzteilliste
6272.0 d
Blatt : 6
Bild : 3

8403570 8403560



8403570 8403560

Position Nummer	Benennung	Bestell-nummer	Packungs-einheit
1-76	DRUCKSCHALTER 1 (AB GERAET NR. 535)	8404010	
1-76	RAT-DRUCKSCHALTER (8404010) (AB GERAET NR. 535)	8405473	
1	LINS.ZYL.SCHRB.AM4X6DIN85-A4	1315838	20
9	DICHTRING	2M01524	10
10	FEDER	M09934	10
15	ZYLINDERSCHRAUBE 00001	1330470	25
16	FEDERRING B3 DIN 127	1309749	10
22	SCHRAUBE 00003 B	1287419	50
23	ZYL.SCHRB.AM3X8 DIN84-A4/051	1330799	25
35	EINSATZ	E22265	10
36	GEWINDESTIFT	1323253	30
44	ZYLINDERSCHRB.AM3X25 DIN 84	1333801	25
49-52	WINKELTUELLE M 6X0,5	8402398	
50	SCHEIBE	8402395	10
52	SCHEIBE	8402392	10
54	VENTILMEMBRAN	8403628	
57	ZYLINDERSCHRAUBE AM 3X12 DIN84	1304232	2
64	RUNDSCHNURRING	D16558	10
70	GLIMMERSCHEIBE	R17329	10
72	SCHEIBE	8404046	10
74	PRAEZISIONS-O-RING	M14545	10

8403570 8403560

Position Nummer	Benennung	Bestell-nummer	Packungs-einheit
19,54-56 62,64,70 72,74	E-SET DRUCKSCHALTER	8403626	

8403570 8403560



1 ——— Schlauch 4 x 3, Schelle CH 12727 5
Tubing 4 x 3, Clip CH 12727
2 ——— Schlauch 4 x 1,5
Tubing 4 x 1.5
3 ——— Schlauch 9 x 3, Kabelbinder 87 12 007 6
Tubing 9 x 3, Cable clip 87 12 007
4 ——— Schlauch 12 x 3
Tubing 12 x 3

Verschlauchungsschema ab Geräte-Nr. 535
Tubing diagram as of unit no. 535

8403570 8403560

Position Nummer	Benennung	Bestell-nummer	Packungs-einheit
1	SCHLAUCH 4X3-PVC M.EINL.G11370	1201247	
2	SCHLAUCH 4X1,5-GI 50 SH A NF	1190520	
3	SCHLAUCH	1180800	
4	SCHLAUCH 12X3	1198912	5
5	SCHLAUCHSCHELLE	CH12727	10
6	KABELBINDER (2,4 X 92 LG)	8712007	25

DrägerService
Medizintechnik

Dräger

Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste
INHALOG 1, INHALOG 2

Ausgabe
01.03.94

Ersatzteilliste
6272.0 d
Blatt : 11
Bild : 5

8403570 8403560



8403570 8403560

Position Nummer	Benennung	Bestell-nummer	Packungs-einheit
1-7	DREHKNOPF C 1,SCHWARZ	M24406	
1	KAPPE 1,SCHWARZ	M24597	10
8	TUELLE	8403571	5
9	TUELLE AV	8403568	5
12	FAECHERSCHEIBE A6,4 DIN6798	1271075	50
13	MUTTER BM 6 DIN 439-A4	1256386	25
16	KAPSELFEDER-DRUCKMESSER	7275092	
19	FEDERRING B 5 DIN 127 NG	1300849	25
20	FEDERRING B 4 DIN 127 NG	1331345	50
21	SCHRAUBE AM 4X8 DIN 84-A4 NG	1330659	25
22	DRUCKSCHALTER 1 (BIS GERAET NR. 534) (SIEHE BILD 6)	8403711	
22	RAT-DRUCKSCHALTER (8403711) (BIS GERAET NR. 534) (SIEHE BILD 6)	8405472	
25	FILTER	8402926	5
26	KAPPE	M18477	
27	HALTER F.VERNEBLER	8403674	
29	E-SET DUESENREINIGER	8403647	
32-33	TUELLE M 6X0,5	8402394	
33	SCHEIBE	8402392	10
34	SCHRAUBE	8403057	5

8403570 8403560

Position Nummer	Benennung	Bestell-nummer	Packungs-einheit
36	DRUCKREGLER	8402745	
39	SIEBEINSATZ AZ	D11521	5
42	SENKSCHRAUBE AM3X6 DIN963-A4 B	1287400	100
44	SCHRAUBE 00001	1330055	20
45-46	E-SET DRUCKREGLER	8406678	

Ersatzteilliste
INHALOG 1, INHALOG 2

Ausgabe
01.03.94

Ersatzteilliste
6272.0 d
Blatt : 14
Bild : 6

8403570 8403560



8403570 8403560

Position Nummer	Benennung	Bestell-nummer	Packungs-einheit
1-64	DRUCKSCHALTER 1 (BIS GERAET NR. 534)	8403711	
1-64	RAT-DRUCKSCHALTER (8403711) (BIS GERAET NR. 534)	8405472	
6	DICHTRING	2M01524	10
7	FEDER	M09934	10
12	ZYLINDERSCHRAUBE 00001	1330470	25
13	FEDERRING B3 DIN 127	1309749	10
19	SCHRAUBE 00003 B	1287419	50
20	ZYL.SCHRB.AM3X8 DIN84-A4/051	1330799	25
31	EINSATZ	E22265	10
32	GEWINDESTIFT	1323253	30
33	SCHRAUBE 00003 B	1287419	50
35-38	WINKELTUELLE M 6X0,5	8402398	
36	SCHEIBE	8402395	10
38	SCHEIBE	8402392	10
39	ZYLINDERSCHRB.AM3X25 DIN 84	1333801	25
41	VENTILMEMBRAN	8403628	
44	ZYLINDERSCHRAUBE AM 3X12 DIN84	1304232	2
52	RUNDSCHNURRING	D16558	10
58	GLIMMERSCHEIBE	R17329	10
60	SCHEIBE	8404046	10
62	PRAEZISIONS-O-RING	M14545	10

8403570 8403560

Position Nummer	Benennung	Bestell-nummer	Packungs-einheit
16,41-43 48,52,58	E-SET DRUCKSCHALTER	8403626	

DrägerService
Medizintechnik

Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste
INHALOG 1, INHALOG 2

Ausgabe
01.03.94

Ersatzteilliste
6272.0 d
Blatt : 17
Bild : 7

8403570 8403560



8403570 8403560

Position Nummer	Benennung	Bestell-nummer	Packungs-einheit
1a-13	FAHRGESTELL ZUM INHALOG	8403810	
3	FEDERRING B 4 DIN 127 NG	1331345	50
5	FEDERRING B 8,DIN127-NIRO	1333739	50
6	FEDERRING B10 DIN 127-NIRO NG	1335219	25
9	ROHR	2M13388	
11	SCHRAUBE M 8X60 DIN 6912-A2	1329952	5
12	VERSCHLUSSSTOPFEN	G60036	2

8403570 8403560



1 —·—·— Schlauch 4 x 3, Schelle CH 12727 / Tubing 4 x 3, clip CH 12727
2 ——— Schlauch 4 x 1,5 / Tubing 4 x 1.5
3 ——— Schlauch 9 x 3 / Tubing 9 x 3
4 —··—·— Schlauch 12 x 3 / Tubing 12 x 3

Verschlauchungsschema bis Geräte-Nr. 534 / Tubing diagram up to unit no. 534

37 568

8403570 8403560

Position Nummer	Benennung	Bestell-nummer	Packungs-einheit
1	SCHLAUCH 4X3-PVC M.EINL.G11370	1201247	
2	SCHLAUCH 4X1,5-GI 50 SH A NF	1190520	
3	SCHLAUCH	1180800	
4	SCHLAUCH 12X3	1198912	5
5	SCHLAUCHSCHELLE	CH12727	10

DrägerService
Medizintechnik

Dräger

Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste INHALOG 1, INHALOG 2	Ausgabe 01.03.94	Ersatzteilliste 6272.0 d Blatt : 21 Bild : 9

8403570 8403560





8403570 8403560

Position Nummer	Benennung	Bestell-nummer	Packungs-einheit
3	SCHALTER SDRU 4POL UM	1823140	
4-10	DREHKNOPF C 1,SCHWARZ	M24406	
4	KAPPE 1,SCHWARZ	M24597	10
11	TUELLE AV	8403568	5
12	TUELLE	8403571	5
16	FAECHERSCHEIBE A6,4 DIN6798	1271075	50
17	MUTTER BM 6 DIN 439-A4	1256386	25
19	ZYL.SCHRB.AM3X8 DIN84-A4/051	1330799	25
20	DRUCKSCHALTER 2 (SIEHE BILD 10)	8403650	
20	RAT-DRUCKSCHALTER (8403650) (SIEHE BILD 10)	8403869	
21	KAPSELFEDER-DRUCKMESSER	7275092	
23	VERSTAERKERRELAIS	M25716	
25	FEDERRING B 5 DIN 127 NG	1300849	25
27	SCHRAUBE 00003 B	1287419	50
28	SCHRAUBE 00003	1329987	50
29	FEDERRING B3 DIN 127	1309749	10
32	SCHEIBE B 6,4 DIN 125-A4 NG	1330705	25
33	FEDERRING B6 DIN 127-NIRO NG	1333941	25
37	ZYLINDERSCHRAUBE AM 3X12 DIN84	1304232	2
41	SCHRAUBE AM 4X8 DIN 84-A4 NG	1330659	25
44	SICHERUNGSEINSATZ T2A	1815113	10

8403570 8403560

Position Nummer	Benennung	Bestell-nummer	Packungs-einheit
48	SET-MIKROBENF.654ST,ISOCLICK	6733895	
50	6KT-MUTTER BM12X1,5 DIN 439 NG	1329146	
54	FEDERRING B 4 DIN 127 NG	1331345	50
55	SCHEIBE B 4,3 DIN 9021-A4	1331914	25
56	6KT.MUTTER M4 DIN934-A4/051	1328956	20
59	KOMPRESSOR NG	8403667	
60	SCHEIBE B 5,3 DIN 9021-A4	1329472	20
63	FEDERSCHNAPPVERSCHLUSS	2M17213	
64	SECHSKT.MUTTER M3 DIN934-M A4	1334913	10
68	BLECHSCHRB.B2,2X4,5DIN 791	1330217	20
71	SATZ KABELDURCHFUEHRUNG	2M17104	
72	NETZLEITUNG,2 M NG	1808095	
73	SCHALLDAEMPFER	8404044	
83	SCHEIBE A 4,3 DIN 125-A2	1327542	20
84	GUMMIPUFFER	M21476	10
85	SCHRAUBE AM 4X12 DIN 84-A2	1287710	20
87	WINKELTUELLE	8408673	5
87	TUELLE NG (BIS GERAET NR. 585)	6801353	5
88	E-SET MEMBRAN	8408032	
89	FLUEGELRAD	8408681	
90-105	RUESTSATZ KOMPRESSOR	8408287	
92	FEDERRING B3 DIN 127	1309749	10

8403570 8403560

Position Nummer	Benennung	Bestell-nummer	Packungs-einheit
93	SECHSKT.MUTTER M3 DIN934-M A4	1334913	10
94	SCHRAUBE 00003 B	1287419	50
95	ADERENDHUELSE A0,75X6 NG	1307398	50
96	ZYLINDERSCHRB.AM3X25 DIN 84	1333801	25
99	6KT.MUTTER M4 DIN934-A4/051	1328956	20
100	FEDERRING B 4 DIN 127 NG	1331345	50
101	SCHEIBE B 5,3 DIN 9021-A4	1329472	20
102	FEDERRING B 5 DIN 127 NG	1300849	25

DrägerService
Medizintechnik

Dräger

Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste
INHALOG 1, INHALOG 2

Ausgabe
01.03.94

Ersatzteilliste
6272.0 d
Blatt : 25
Bild : 10

8403570 8403560



8403570 8403560

Position Nummer	Benennung	Bestell-nummer	Packungs-einheit
1-55	DRUCKSCHALTER 2	8403650	
1-55	RAT-DRUCKSCHALTER (8403650)	8403869	
11	ZYLINDERSCHRAUBE 00001	1330470	25
12	FEDERRING B3 DIN 127	1309749	10
14	ZYL.SCHRB.AM3X8 DIN84-A4/051	1330799	25
22	EINSATZ	E22265	10
23	GEWINDESTIFT	1323253	30
26-29	WINKELTUELLE M 6X0,5	8402398	
27	SCHEIBE	8402395	10
29	SCHEIBE	8402392	10
31	ZYLINDERSCHRB.AM3X25 DIN 84	1333801	25
33	VENTILMEMBRAN	8403628	
38	ZYLINDERSCHRAUBE AM 3X12 DIN84	1304232	2
42	RUNDSCHNURRING	D16558	10
48	GLIMMERSCHEIBE	R17329	10
50	SCHEIBE	8404046	10
52	PRAEZISIONS-O-RING	M14545	10
16,33-35 41-42,48 50,52	E-SET DRUCKSCHALTER	8403626	

Ersatzteilliste
INHALOG 1, INHALOG 2

Ausgabe
01.03.94

Ersatzteilliste
6272.0 d
Blatt : 27
Bild : 11

8403570 8403560



8403570 8403560

Position Nummer	Benennung	Bestell-nummer	Packungs-einheit
5	REDUZIERSTUECK	M22286	5
6	KABELBINDER (2,4 X 92 LG)	8712007	25
7	T-TUELLE	6800187	5
8	FILTER	6802050	
10	SCHLAUCHSCHELLE	CH12727	10
11	SCHELLE	G10797	10
12	SCHLAUCH 4X3-PVC M.EINL.G11370	1201247	
13	SCHLAUCH	1180762	
14	SCHLAUCH 7X2,5	1198343	
15	SCHLAUCH	1180800	
16	SCHLAUCH 2X1 SI NF	1180614	25
17	SCHLAUCH 12X3	1198912	5
18	SCHLAUCH 4X1,5-GI 50 SH A NF	1190520	
19	SCHLAUCH 4X3 GI (SBR)M.EINL.	1198572	5

DrägerService
Medizintechnik

Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste
INHALOG 1, INHALOG 2

Ausgabe
01.03.94

Ersatzteilliste
6272.0 d
Blatt : 29
Bild : 12

8403570 8403560


Verschlauchungsschema bis Geräte-Nr. 200 /
Tubing diagram up to unit no. 200
7 Schlauch 4 x 3, Schelle CH 12727 / Tubing 4 x 3, clip CH 12727 — 15
8 Schlauch 7 x 3 Schelle G 10797 / Tubing 7 x 3, clip G 10797 — 16
9 Schlauch 7 x 2,5 / Tubing 7 x 2,5
10 Schlauch 9 x 3 / Tubing 9 x 3
11 Schlauch 2 x 1 / Tubing 2 x 1
12 Schlauch 12 x 3 / Tubing 12 x 3
13 Schlauch 4 x 1,5 / Tubing 4 x 1,5
14 Schlauch 4 x 3, Schelle G 10797 / Tubing 4 x 3, clip G 10797
Anschluß - Inspiration / Inspiration connection
Druckmesser / Pressure gauge
Anschluß - Vernebler / Atomizer connection
Druckschalter / Pressure switch
Dosierung / Metering unit
Verstärkerrelais / Amplifier relay
Schlauch / Tubing
Kompressor / Compressor
Reduzierstück / Adapter
Schalldämpfer / Silencer
Filter / Filter
Filter / Filter

8403570 8403560

Position Nummer	Benennung	Bestell-nummer	Packungs-einheit
1	FILTER	6802050	
2	T-TUELLE	6800187	5
5	REDUZIERSTUECK	M22286	5
7	SCHLAUCH 4X3-PVC M.EINL.G11370	1201247	
8	SCHLAUCH	1180762	
9	SCHLAUCH 7X2,5	1198343	
10	SCHLAUCH	1180800	
11	SCHLAUCH 2X1 SI NF	1180614	25
12	SCHLAUCH 12X3	1198912	5
13	SCHLAUCH 4X1,5-GI 50 SH A NF	1190520	
14	SCHLAUCH 4X3 GI (SBR)M.EINL.	1198572	5
15	SCHLAUCHSCHELLE	CH12727	10
16	SCHELLE	G10797	10

DrägerService
Medizintechnik

Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste
INHALOG 1, INHALOG 2

Ausgabe
01.03.94

Ersatzteilliste
6272.0 d
Blatt : 31
Bild : 13

8403570 8403560


Anschluß-Inspiration / Inspiration connection
Druckmesser / Pressure gauge
Anschluß - Vernebler / Atomizer connection
7 Schlauch 4 x 3, Schelle CH 12727 / Tubing 4 x 3, clip CH 12727 —15
8 Schlauch 7 x 3, Schelle G 10797 / Tubing 7 x 3, clip G 10797 —16
9 Schlauch 7 x 2,5 / Tubing 7 x 2.5
10 Schlauch 9 x 3 / Tubing 9 x 3
11 Schlauch 2 x 1 / Tubing 2 x 1
12 Schlauch 12 x 3 / Tubing 12 x 3
13 Schlauch 4 x 1,5 / Tubing 4 x 1.5
14 Schlauch 4 x 3, Schelle G 10797 / Tubing 4 x 3, clip G 10797
70
220
130
50
Druckschalter / Pressure switch
50
100
50
3
420
Dosierung / Metering unit
Verstärkerrelais / Amplifier relay
Kompressor / Compressor 4
250
250
Schlauch / Tubing 6
40
Kabelbinder / Cable binder 17
2
Reduzierstück / Adapter
150
5
400
420
40
1 Filter / Filter
18 Dosierung / Metering unit
70
Filter / Filter
Schalldämpfer / Silencer
Verschlauchungsschema ab Geräte-Nr. 201 / Tubing diagram as of unit no. 201
37 377

8403570 8403560

Position Nummer	Benennung	Bestell-nummer	Packungs-einheit
1	FILTER	6802050	
2	T-TUELLE	6800187	5
5	REDUZIERSTUECK	M22286	5
7	SCHLAUCH 4X3-PVC M.EINL.G11370	1201247	
8	SCHLAUCH	1180762	
9	SCHLAUCH 7X2,5	1198343	
10	SCHLAUCH	1180800	
11	SCHLAUCH 2X1 SI NF	1180614	25
12	SCHLAUCH 12X3	1198912	5
13	SCHLAUCH 4X1,5-GI 50 SH A NF	1190520	
14	SCHLAUCH 4X3 GI (SBR)M.EINL.	1198572	5
15	SCHLAUCHSCHELLE	CH12727	10
16	SCHELLE	G10797	10
17	KABELBINDER (2,4 X 92 LG)	8712007	25

Ersatzteilliste
INHALOG 1, INHALOG 2

Ausgabe
01.03.94

Ersatzteilliste
6272.0 d
Blatt : 33
Bild : 14

8403570 8403560



8403570 8403560

Position Nummer	Benennung	Bestell-nummer	Packungs-einheit
1	SCHLAUCH A6,0X0,5 DIN 40620	1180479	10
3	ADERENDHUELSE A0,75X6 NG	1307398	50

Dräger Medizintechnik GmbH

Moislinger Allee 53 – 55
D-23542 Lübeck
Bundesrepublik Deutschland

☏ +49 451 882 - 3127
FAX +49 451 882 - 4294

6272.0 d

1. Ausgabe

Änderungen vorbehalten.
Bei Änderung erfolgt kein Austausch.